

**مشخصات پوشش کف:** پوشش غیر لغزنده و یکپارچه<sup>۸</sup>، دارای حداقل درز بین قطعات، بدون شکاف و ترک خوردگی، مقاوم در برابر ضربه، شستشو و مواد شوینده و گندزدا، ضد خش و سایش<sup>۹</sup> و به رنگ روشن

**مشخصات پوشش دیوار:** پوشش یکپارچه، فاقد فرورفتگی و برآمدگی<sup>۱۰</sup>، دارای حداقل درز بین قطعات، بدون شکاف و ترک خوردگی، مقاوم در برابر ضربه، شستشو و مواد شوینده و گندزدا، ضد خش و سایش، به رنگ روشن

**مشخصات پوشش سقف:** سطح صاف و یکپارچه، بدون شکاف و ترک خوردگی

#### ▪ تجهیزات بهداشتی:

- دستگاه اتوکلاو کلاس B با ظرفیت حداقل 17 لیتر
- سینک دولگه ی مجهز به تفنگهای آب و هوا به منظور شستشوی اولیه یا شستشوی اقلام ظریف و حساس (ارتفاع داخل سینک نباید کمتر از 20 سانتیمتر باشد)
- دستگاه شستشو دو طرفه با خشک کن داخلی و یا کابینت خشک کن مقاوم به رطوبت و روش های شستشو با حداقل ارتفاع 25 سانتی متری از کف
- قفسه/کابینت در بسته مقاوم به رطوبت و روش های شستشو جهت انبارش اقلام استریل شده با حداقل ارتفاع 25 سانتی متری از کف و فاصله 40 سانتی متری از سقف
- قفسه/کابینت جلوباز دیواری مقاوم به رطوبت و روش های شستشو جهت نگهداری و انبار وسایل نظافت، مواد شوینده و ضد عفونی کننده و... با حداقل ارتفاع 25 سانتی متری از کف و فاصله 40 سانتی متری از سقف
- میز کار استیل وسط یا کنار دیوار
- روشویی بدون پایه دارای شیر مخلوط اهرمی مجهز به ظرف صابون مایع و جای دستمال توالت یا خشک کن برقی
- سطل زباله غیر عفونی قابل شستشو و گندزدایی (ترجیحا آبی رنگ با کیسه هم رنگ)
- سطل زباله عفونی قابل شستشو و گندزدایی (زرد رنگ با کیسه هم رنگ)

#### اتاق نگهداری مدارک پزشکی و بایگانی

این اتاق به منظور نگهداری سوابق و مستندات، اطلاعات و دستورالعمل ها طراحی می شود.

#### ▪ شرایط عمومی

- متراژ اتاق بایگانی بر اساس نقشه تایید شده معاونت درمان تعریف می شود.

#### ▪ مشخصات پوشش کف، دیوار و سقف اتاق نگهداری مدارک پزشکی و بایگانی:

**مشخصات پوشش کف:** پوشش غیر لغزنده و یکپارچه، دارای حداقل درز بین قطعات، بدون شکاف و ترک خوردگی، مقاوم در برابر ضربه، شستشو و مواد شوینده، ضد خش و سایش و به رنگ روشن

**مشخصات پوشش دیوار:** صاف، بدون درز و شکاف و ترک خوردگی، مقاوم در برابر ضربه و به رنگ روشن

<sup>8</sup> . استفاده از پوشش های ترکیبی مجاز نیست.

<sup>9</sup> . در صورت ایجاد خراشیدگی در سطح مصالح، ظرفیت تجمع آلودگی بالا رفته و از نقطه نظر کنترل عفونت مناسب نیست. در نتیجه در فضاهای حساس جهت به حداقل رساندن این امر استفاده از مصالح با خصوصیات ضد خش و سایش ضروری است. همچنین در مواردی که به علت شستشو، نقل و انتقال تجهیزات، صندلی و ... مصالح کف دچار آسیب شده و خراشیده می شوند، استفاده از این گونه مصالح به دلیل عدم تجمع آلودگی، توجیهات اقتصادی و ایجاد زیبایی بصری توصیه می شود.

<sup>10</sup> . منظور از ایجاد سطح صاف و فاقد فرورفتگی و برآمدگی، عدم استفاده از هر گونه تزیینات (گچ بری، اختلاف سطح بین پوشش های ترکیبی و ...) در سطوح و یا اجتناب از اجرای نادرست (اتصال دیوار و پنجره، اتصال قرنیز به دیوار و ...) می باشد که موجب ایجاد فرورفتگی و یا برآمدگی (سطوح افقی یا عمومی) بر روی دیوار می شود.