



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره ۵/۶۶۴/۸۱۰۹۱

تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

پیوست ندارد

## جناب آقای دکتر حبیب ملک پور رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه ۴۰۰/۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ با موضوع عدم تایید ایمنی و اثر بخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی به استحضار می رساند، واردات دستگاه های رادیوفرکانسی واژینال بانوان با حیطه کاربرد استفاده از رادیوفرکانسی واژینال جهت درمان بی اختیاری ادرار، آتروفی واژن، خشکی و دست یابی به سفت شدن کانال واژینال، جوان سازی و کلاژن ساز توسط این اداره کل ممنوع اعلام شده و در همین راستا این اداره کل مراتب فوق الذکر را جهت اطلاع کلیه ذینفعان طی خبر شماره ۳۱۰۳ مورخ هیجدهم مرداد ۱۳۹۷ در پرتال رسمی این اداره کل به نشانی [WWW.IMED.ir](http://WWW.IMED.ir) مبنی بر عدم تایید اثربخشی این روش درمانی توسط دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تجهیزات منتشر نموده است.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی  
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی